

# 半田市 報道機関提供資料

問合わせ

保健センター事務長  
沼田 昌明  
TEL0569-84-0646

令和3年8月17日提供 (事前情報・**事後情報**)

|     |   |
|-----|---|
| 名 称 | 新型コロナウイルスワクチン廃棄事案の発生について  |
| 内 容 | <p>新型コロナウイルスワクチン住民接種を実施する個別医療機関において、以下のとおりワクチン廃棄事案が発生しました。</p> <p>1. 概要</p> <p>(1) 廃棄日：令和3年8月16日(月)</p> <p>(2) 場 所：市内医療機関</p> <p>(3) 廃棄数：ファイザー社製ワクチン14本(84人分) ※8月17日以降使用分</p> <p>(4) 原 因：解凍後のワクチンは冷蔵保存が必須のところ、温度の低い庫内の最上段に数日間にわたりワクチンを保管したことにより、ワクチンが再凍結した恐れがあるため</p> <p>2. 経緯</p> <p>8月11日午後 ワクチン接種を実施。冷蔵庫の正常運転、ワクチンがすべて凍結していないことを確認。</p> <p>8月12日～8月15日 盆休み</p> <p>8月16日朝 ワクチン接種のため冷蔵庫からワクチンを取り出したところ、ワクチンの17本中14本が凍結していることを確認。<br/>冷蔵庫内の温度計は4℃を示していたが、冷凍スペースに近い庫内の一部が適正保管温度(2～8℃)を下回り、再凍結した可能性が高いため、市と協議の上、ワクチン14本を廃棄。</p> <p>3. 接種予定者への対応</p> <ul style="list-style-type: none"><li>市から在庫ワクチンを本件医療機関に届け、8月17日以降の接種は予定通り実施できる見込み。</li></ul> <p>4. 今後の対応</p> <p>(当該医療機関)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>庫内でも温度が安定している部分で保管する。</li><li>休診日前には、冷蔵庫の温度や正常に運転されているか、凍結の有無の確認を確実に行う。</li></ul> <p>(半田市)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>個別接種を実施している市内の全医療機関にワクチン管理について注意を促す案内を行う。</li></ul> |
| 別 紙 | 有 ・ <input type="checkbox"/> 無  |